

Pasient

Personnr: 010479-12345
Navn: Stridor, Broncho
Fødselsdato: 01.04.1979 - Mann - Europeisk
26,0 år - 180 cm - 80 kg - BMI: 24,7

Undersøkelse 14.04.2005

Tekniker: Admin, Admin (Default)
Sensor: Spirare sensor (SPS310), SN: 14643
Referanse: [GLI] Quanjer. (2012) All ages
Parametervalg: Beste test (FVC + FEV1)

Medikamenter, ordinær

Medikamenter, Post BD

β2-agonist

Eksponering

Røyking

Røyker
7,60 pakkeår

Forsert ekspirasjon + Forsert ekspirasjon BD

Test	Pre-FEVC	Post-FEVC
Dato	14.04.2005	
Tid:	13:06 - 13:07	13:20 - 13:21
Antall forsøk	5	3
Var.	FVC 0,2 % 0,01 L	3,9 % 0,19 L
	FEV1 4,2 % 0,12 L	0,8 % 0,03 L
Kvalitet	B	A



Notat

Parameter	Enhet	Pre-test		Post-test				Pred	Referanse- område
		1/5 13:06	% Pred	3/3 +15 min.	% Pred	% Endr Pre-test	Endr Abs		
FVC	L	4,59*	81	4,83	85	5	0,24	5,69	4,60 - 6,78
FEV1	L	2,85*	60	3,54*	75	24	0,69	4,73	3,80 - 5,65
FEV1/FVC		0,62*	74	0,73	88	18	0,11	0,84	0,72 - 0,95
PEF	L/s	7,6		7,4		-2	-0,2		
Status	OK	Ja		Ja					

* Verdi under nedre grense for normalverdier.

Forklaring

— Pre-test 14.04.05 13:06
— Post-test +15 min.
... Forventet



Test av: _____

Vurdert av: _____